



ZDRAVSTVENI DOM
HRASTNIK

Priloga F8

Nakup reševalnega vozila za nujno medicinsko pomoč z opremo za Zdravstveni dom Hrastnik

IZJAVA O SKLADNOSTI

Izjavljamo, da je ponujeno reševalno vozilo tovarniško novo, izdelano v EU in v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam in standardom naročnika in zahtevanim standardom, ki veljajo v EU in RS.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima reševalno vozilo iz naše ponudbe opravljene vsaj naslednje varnostne teste skladno z normativom EN 1789, izdajatelj certifikatov je lahko izključno akreditirana organizacija. Naročnik bo akreditacije izdajateljev preverjal v NANDO bazi. Testna poročila, katerih izdajatelji so neakreditirane organizacije bodo kot neustrezna zavrnjena.

Za reševalno vozilo, ki ga ponujamo (osnovno vozilo in predelava) predelovalca: _____ (ime predelovalca), imamo USPEŠNO opravljen varnostni test, ki obsega test pritrdišč opreme bolniškega prostora in medicinske opreme pri obremenitvi: _____ G (**minimalno 10 G v vseh 6 smereh**). Test je opravila akreditirana (akreditacija razvidna iz NANDO baze) organizacija: _____, izdelano je bilo testno poročilo št. _____, datum poročila: _____.

Kopija poročila o testiranju je sestavni del te izjave.

Za predelavo _____ (ime predelovalca), ki jo ponujamo, imamo USPEŠNO opravljen varnostni test pritrdišč varnostnih pasov v bolniškem prostoru pri potezni sili do _____ kN (minimalno 10) dne: _____.

Kopija poročila o testiranju je obvezna priloga te izjave.

Za mizo nosil proizvajalca _____, ki je vgrajena v ponujeno reševalno vozilo je bilo USPEŠNO opravljeno varnostno testiranje, pri obremenitvi: _____ G v _____ smereh (**minimalno 10 G v vseh 6 smereh**), ki ga je opravila akreditirana (akreditacija je razvidna iz NANDO baze) organizacija: _____, dne _____, z izdelanim poročilom št. _____.

Kopija poročila o testiranju je sestavni del te izjave.

Izjavljamo, da ima ponujena verzija reševalnega vozila vgrajene naslednje homologirane dele:

- POVIŠANA STREHA: za povišano streho, ki je vgrajena na ponujeno verzijo reševalnega vozila imamo pridobljeno atest listino št.: _____, ki jo je izdala akreditirana organizacija: _____.

Kopija listine je sestavni del te izjave.

- INTEGRIRANA SVETLOBNA SIGNALIZACIJA (MODRE LUČI) V STREHI VOZILA: za integrirano svetlobno signalizacijo imamo odobritev št. _____ akreditirane organizacije: _____.

Kopija odobritve je sestavni del te izjave.

Vsa dokazila ter spremni dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

Datum:

Podpis:

Žig:



ZDRAVSTVENI DOM
HRASTNIK